

## TruRize

### Fotel pacjenta



#### Jeden krok do mobilności.

Wczesny powrót do mobilności jest niezmiernie istotny w procesie zdrowienia. Należy podkreślić jego znaczenie w odniesieniu do stanu zdrowia pacjenta oraz procesu rekonwalescencji.\*

Fotel TruRize pomaga we wczesnym powrocie do mobilności. Daje opiekunom pewność, której potrzebują, aby doprowadzić swoich pacjentów do pełnej mobilności.

#### Najważniejsze funkcje

- Prosta, przyjazna użytkownikowi technologia, która umożliwia opiekunom sprawną opiekę nad pacjentami.
- Projekt z automatycznym dostosowaniem pochyleń pozwala ustawić fotel TruRize w pozycji zapewniającej komfort pacjenta.
- Pierwszy na rynku, zintegrowany system alarmowy opuszczenia fotela może pomóc skrócić czas reakcji na upadek pacjenta.\*



A



B



C



D



E



F



- A** Składane podkolejki
- B** Panel kontrolny opiekuna
- C** Panel kontrolny pacjenta

- D** Hamulce uruchamiane jednym dotknięciem
- E** Wbudowane wieszaki na worki na mocz
- F** Pionowe uchwyty transportowe

**Funkcja wspomagania w pozycji stojącej** zapewnia podparcie pacjenta w pozycji stojącej i pomaga we wczesnym powrocie do mobilności.

\* Early Mobilization in the Intensive Care Unit: A Systematic Review  
Joseph Adler, PT, DPT, CCS oraz Daniel Malone, PhD, MPT, CCS  
\* Fotel pacjenta z zasilaniem przeznaczony wyłącznie do użytku szpitalnego.

## TruRize

### Fotel pacjenta



#### Wyposażenie podstawowe

- Fotel elektryczny
- Dwustronny panel kontrolny dla opiekuna
- Podświetlany panel kontrolny pacjenta z przełącznikami blokady po obu stronach
- Sześć pozycji (Wspomaganie w pozycji stojącej, Leżenie, Pozycja pionowa 2, Pozycja pionowa 1, Transfer, Trend)
- Regulacja wysokości
- Zintegrowany system alarmowy opuszczenia fotela zgodny z normą IEC 60601-1-8, alarm o średnim priorytecie
- Składane podłokietniki
- Hamulec uruchamiany jednym dotknięciem
- Pionowe uchwyty do manewrowania
- Wbudowane wieszaki na worki na mocz
- Dwa haki do przewodów
- Koła 8,9 cm (3,5 cala)
- Cztery opcje kolorystyczne tkaniny (Spełnia wymogi normy CAL 117 dot. palności)

#### Wyposażenie dodatkowe

- Zapasowe zasilanie akumulatorowe
- Przewód do wezwań (6,35 mm / 1/4 cala, wtyczka jack)
- Bariera ogniowa CAL 133

#### Dane techniczne

Numer modelu	3333-000-000
Szerokość całkowita (Pozycja pionowa 1)	86 cm (34 cale)
Wysokość całkowita (Pozycja pionowa 1)	135 do 155 cm (53 do 61 cali)
Długość całkowita (Pozycja całkowitego rozłożenia)	185 cm (73 cale)
<b>Siedzisko</b>	
Szerokość	66 cm (26 cali)
Głębokość	52,1 cm (20,5 cala)
Wysokość od podłoża (Pozycja pionowa 1)	48 do 66 cm (19 do 26 cali)
Wysokość podłokietnika od podłoża	71 do 89 cm (28 do 35 cali)
Maksymalne obciążenie	158 kg (350 funtów)
<b>Elementy elektroniczne</b>	
Certyfikaty	IEC60601-1
Napięcie	100-240 V~
Wartość znamionowa w amperach	4 A
Częstotliwość	50/60 Hz
Akumulator (opcja)	(2) kwasowo-ołowiowy, 12 V prądu stałego

#### Gwarancja

- 2 lata gwarancji na części

Firma Stryker zastrzega prawo do zmiany parametrów technicznych bez powiadomienia.

Dane techniczne zaokrąglono do najbliższej liczby całkowitej. Przekształcenia obliczono przed zaokrągleniem wartości.

#### Ten dokument jest przeznaczony wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego.

Podjęcie decyzji o zastosowaniu określonego produktu u danego pacjenta, personel medyczny zawsze musi polegać na własnej ocenie klinicznej i doświadczeniu. Firma Stryker nie udziela porad medycznych i zaleca szkolenie personelu medycznego przed rozpoczęciem użytkowania któregośkolwiek produktu.

Celem przedstawionych informacji jest prezentacja rodziny produktów firmy Stryker. Przed rozpoczęciem stosowania któregośkolwiek produktu firmy Stryker personel medyczny musi się zapoznać z ulotką informacyjną, etykietami lub instrukcjami dotyczącymi produktu.

Nie wszystkie produkty muszą się znajdować na poszczególnych rynkach, ponieważ ich dostępność regulują przepisy prawne lub odnośne zalecenia medyczne. W razie pytań dotyczących dostępności produktów firmy Stryker należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem firmy.

Stryker Corporation oraz oddziały lub inne podmioty stowarzyszone są właścicielami, użytkownikami lub wystąpiły o ochronę następujących znaków towarowych bądź serwisowych: TruRize Clinical Chair i Stryker. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odnośnych właścicieli.

Przedstawione produkty oznaczono symbolem CE zgodnie ze stosownymi przepisami i dyrektywami UE.



OTHMEDBRO17PL

OTHMEDBRO17PL  
SDL 12/2019  
SMACC Project No.

Copyright © 2019 Stryker

stryker.com



Stryker Medical  
3800 E. Centre Ave., Portage  
MI 49002 U.S.A



Stryker European Operations B.V.  
Henkerbergweg 110  
1101 CM Amsterdam  
The Netherlands

#### Dystrybucja:

Stryker Polska Sp. z o.o.  
Poleczki 35  
02-822 Warszawa, Polska  
t. +48 22 429 55 50