



EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus



Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052 USA

Valmistaja: Redpine Signals Inc.

Radiomalli: RS9110-N-11-03

Käytössä seuraavassa laitteessa: CodeManagement Module™

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan, Physio-Control, Inc:n, yksinomaisella vastuulla.

Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen:
direktiivi 2014/53/EU.

ETSI EN 300 328: V2.1.1 (2016)
ETSI EN 300 440: V2.1.1 (2017)
ETSI EN 301 893: V2.1.1 (2017)
ETSI EN 301 489-1: V2.1.1 (2017)
ETSI EN 301 489-17: V3.1.1 (2017)
ETSI EN 301 489-3: V2.1.1 (2017)
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
EN 62311:2008

Allekirjoitettu 8.6.2018
Redmond, WA

Paula Lank
Varapääjohtaja | sääntely- ja kliiniset asiat