



Déclaration de conformité CE



Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052 États-Unis

Fabricant : Redpine Signals Inc.
Modèle de radio : RS9110-N-11-03
Destiné à : CodeManagement Module™

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant, Physio-Control, Inc.

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation européenne d'harmonisation applicable :

Directive 2014/53/UE

ETSI EN 300 328: V2.1.1 (2016)
ETSI EN 300 440: V2.1.1 (2017)
ETSI EN 301 893: V2.1.1 (2017)
ETSI EN 301 489-1: V2.1.1 (2017)
ETSI EN 301 489-17: V3.1.1 (2017)
ETSI EN 301 489-3: V2.1.1 (2017)
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
EN 62311:2008

Signé le 08/06/2018 par
Redmond, WA

Paula Lank
Vice-Présidente | Affaires cliniques et réglementaires