



# Dichiarazione di conformità CE



**Physio-Control, Inc.**  
11811 Willows Road NE  
Redmond, WA 98052 USA

**Fabbricante: Redpine Signals Inc.**  
**Modello modulo radiotrasmissione: RS9110-N-11-03**  
**Utilizzato su: CodeManagement Module™**

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante, Physio-Control, Inc.

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione:

Direttiva 2014/53/UE

ETSI EN 300 328: V2.1.1 (2016)  
ETSI EN 300 440: V2.1.1 (2017)  
ETSI EN 301 893: V2.1.1 (2017)  
ETSI EN 301 489-1: V2.1.1 (2017)  
ETSI EN 301 489-17: V3.1.1 (2017)  
ETSI EN 301 489-3: V2.1.1 (2017)  
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013  
EN 62311:2008

Luogo e data di rilascio  
e firma: 08/06/2018  
Redmond, WA

Paula Lank  
Vicepresidente | Affari regolatori e clinici