



Declaração de conformidade CE



Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052 EUA

Fabricante: Redpine Signals Inc.
Modelo do rádio: RS9110-N-11-03
Utilizado em: CodeManagement Module™

Esta declaração de conformidade é publicada sob a exclusiva responsabilidade do fabricante, Physio-Control, Inc.

O objeto da declaração descrita acima está em conformidade com a legislação de harmonização da UE relevante:

Diretiva 2014/53/UE

ETSI EN 300 328: V2.1.1 (2016)
ETSI EN 300 440: V2.1.1 (2017)
ETSI EN 301 893: V2.1.1 (2017)
ETSI EN 301 489-1: V2.1.1 (2017)
ETSI EN 301 489-17: V3.1.1 (2017)
ETSI EN 301 489-3: V2.1.1 (2017)
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
EN 62311:2008

Assinada em 08/06/2018
Redmond, WA

Paula Lank
Vice-Presidente | Assuntos Regulatórios e Clínicos