



Declaração CE de conformidade



Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052 EUA

Fabricante: Redpine Signals Inc.
Modelo de rádio: RS9110-N-11-03
Utilização em: CodeManagement Module™

A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante, a Physio-Control, Inc.

O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação aplicável de harmonização da UE:

Diretiva 2014/53/UE

ETSI EN 300 328: V2.1.1 (2016)
ETSI EN 300 440: V2.1.1 (2017)
ETSI EN 301 893: V2.1.1 (2017)
ETSI EN 301 489-1: V2.1.1 (2017)
ETSI EN 301 489-17: V3.1.1 (2017)
ETSI EN 301 489-3: V2.1.1 (2017)
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
EN 62311:2008

Assinatura, 08/06/2018
Redmond, WA

Paula Lank
Vice-Presidente | Assuntos Regulamentares e Clínicos