



Déclaration de conformité CE



Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052 USA

Fabricant : Physio-Control, Inc.
Modèle de radio : GS2011MIES, HE910
Destiné à : LIFEPAK® CR2

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant, Physio-Control, Inc.

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation européenne d'harmonisation applicable :

Directive 2014/53/UE

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2017)
ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017)
ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 (2016)
ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 (2016)
ETSI EN 301 511 V12.1.10 (2017)
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017)
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017)
EN 62311:2008

Signé par, 12/26/2018
Redmond, WA

Paula Lank
Vice-Présidente | Affaires cliniques et réglementaires