



EK-megfelelőségi nyilatkozat



Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052 USA

Gyártó: Physio-Control, Inc.
Rádióberendezés típusa: GS2011MIES, HE910
Használva: LIFEPAK® CR2

Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó, a Physio-Control, Inc. kizárólagos felelőssége mellett adják ki.

A nyilatkozat fent ismertetett tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak:

2014/53/EU irányelv

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2017)
ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017)
ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 (2016)
ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 (2016)
ETSI EN 301 511 V12.1.10 (2017)
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017)
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017)
EN 62311:2008

Aláírva: 12/26/2018
Redmond, WA

Paula Lank
Alelnök | Regulatory and Clinical Affairs