



# DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE



**Physio-Control, Inc.**  
11811 Willows Road NE  
Redmond, WA 98052 USA

**Fabbricante:** Physio-Control, Inc.  
**Modello modulo radiotrasmissione:** GS2011MIES, HE910  
**Utilizzato su:** LIFEPAK® CR2

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante, Physio-Control, Inc.

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione:

Direttiva 2014/53/UE

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013  
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2017)  
ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017)  
ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 (2016)  
ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 (2016)  
ETSI EN 301 511 V12.1.10 (2017)  
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017)  
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017)  
EN 62311:2008

Luogo e data di rilascio e firma: 12/26/2018  
Redmond, WA

Paula Lank  
Vicepresidente | Affari regolatori e clinici