



EC Försäkran om överensstämmelse



Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052 USA

Tillverkare: Physio-Control, Inc.
Radiomodell: GS2011MIES, HE910
Används på: LIFEPAK® CR2

Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens, Physio-Control, Inc., eget ansvar.

Föremålet för ovanstående försäkring överensstämmer med den relevanta harmoniserade EU-lagstiftningen:

Direktiv 2014/53/EU

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2017)
ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017)
ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 (2016)
ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 (2016)
ETSI EN 301 511 V12.1.10 (2017)
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017)
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017)
EN 62311:2008

Undertecknad 12/26/2018
Redmond, WA, USA

Paula Lank
Vice President | Regulatory and Clinical Affairs