



AT Uygunluk Beyanı



Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052 USA

İmalatçı: Physio-Control, Inc.
Radio Modeli: GS2011MIES HE910
Kullanım yeri: LIFEPAK® CR2

Bu uygunluk beyanı, imalatçının Physio-Control, Inc. yegane sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

Yukarıda açıklanan beyana konu olan ürün ilgili AB uyum mevzuatına uygundur:

2014/53/AB Direktifi

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2017)
ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017)
ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 (2016)
ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 (2016)
ETSI EN 301 511 V12.1.10 (2017)
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017)
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017)
EN 62311:2008

İmza, 12/26/2018
Redmond, WA

Paula Lank
Başkan Yardımcısı | Ruhsatlandırma ve Klinik İşler