



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES



Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052 USA

Výrobce: Physio-Control, Inc.
Rádiomodel: N/A
Použití pro: TrueCPR™

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce, Physio-Control, Inc.

Výše popsany předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými právními předpisy Evropské unie:

směrnice 2014/53/EU

EN 60601-1: 2010
ETSI EN 300 330: V2.1.1 (2017)
ETSI EN 301 489-1: V2.1.1 (2017)
ETSI EN 301 489-3: V2.1.1 (2017)
EN 62311:2008

Podepsáno 02/08/2018
Redmond, WA

Paula Lank
Viceprezident / regulační a klinické záležitosti