



EG Verklaring van overeenstemming



Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052 USA

Fabrikant: Physio-Control, Inc.
Radiomodel: N/A
Gebruikt op: TrueCPR™

Deze verklaring van overeenstemming wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant, Physio-Control, Inc.

Het hierboven beschreven voorwerp in deze verklaring is in overeenstemming met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Europese Unie:

Richtlijn 2014/53/EU:

EN 60601-1: 2010
ETSI EN 300 330: V2.1.1 (2017)
ETSI EN 301 489-1: V2.1.1 (2017)
ETSI EN 301 489-3: V2.1.1 (2017)
EN 62311:2008

Getekend, 02/08/2018
Redmond, WA

Paula Lank
Vice President | Regulatory and Clinical Affairs