



AT Uygunluk Beyanı



Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052 USA

İmalatçı: Physio-Control, Inc.
Radyo Modeli: N/A
Kullanım yeri: TrueCPR™

Bu uygunluk beyanı, imalatçının Physio-Control, Inc. yegane sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

Yukarıda açıklanan beyana konu olan ürün ilgili AB uyum mevzuatına uygundur:

2014/53/AB Direktifi

EN 60601-1: 2010
ETSI EN 300 330: V2.1.1 (2017)
ETSI EN 301 489-1: V2.1.1 (2017)
ETSI EN 301 489-3: V2.1.1 (2017)
EN 62311:2008

İmza, 02/08/2018
Redmond, WA

Paula Lank
Başkan Yardımcısı | Ruhsatlandırma ve Klinik İşler